

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji - identifikacioni broj 0115
Annex to Accreditation Certificate – identification number 0115

Datum izdavanja dodatka: 17.08.2021.

Issue date of annex: 17.08.2021.

Zamjenjuje dodatak:

Replaces Annex dated:

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li 13.17
Annex to Accreditation Certificate Accreditation Number Li 13.17

Standard: MEST EN ISO/IEC 17025:2018

Datum dodjele/ obnavljanja akreditacije:

Date of granting/ renewal of accreditation:.

06.06.2013./ 17.08.2021.

Akreditacija važi do: 16.08.2025.

Accreditation is valid to: 16.08.2025.

Akreditovana laboratorija za ispitivanje

Accredited laboratory of testing

Montinspekt d.o.o. Podgorica
Laboratorija za fizička ispitivanje
Bulevar Pera Četkovića br 113, Podgorica

Područje akreditacije / Scope of accreditation

Mjerenje nivoa buke u radnoj i životnoj sredini

Measurement of noise in workplace and

measurement environmental noise

Datum izdavanja dodatka: 17.08.2021.

Issue date of annex: 17.08.2021.

Zamjenjuje dodatak:

Replaces Annex dated:

Detaljan obim akreditacije/ Detailed scope of accreditation

Laboratorija za fizička ispitivanja, Bulevar Pera Četkovića br 113 , Podgorica

* Metoda ispitivanja se sprovodi na terenu

** Metoda ispitivanja se sprovodi u Laboratoriji i na terenu

Red br/ No	Predmet ispitivanja materijal/ proizvod <i>Material /product of testing</i>	Oblast ispitivanja <i>Scope of testing</i>	Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se mjeri (tehnika ispitivanja) <i>Type of test / Property (testing technique)</i>	Opseg mjerenja (gdje je primjenjivo) <i>Measuring range (where applicable)</i>	Referentni dokument <i>Reference document</i>	Oznaka Lokacije <i>Location</i>
1	Buka <i>Noise</i>	Akustična ispitivanja <i>Acoustic measurements</i>	**Mjerenje nivoa buke u radnoj sredini <i>Measurment of noise in workplace</i>	20dB- 140dB	MEST EN ISO 9621:2009	L1
			*Mjerenje nivoa buke u životnoj sredini <i>Measurment environmental noise</i>	20dB- 130dB	MEST ISO 1996-1:2018 MEST ISO 1996-2:2018	L1

Oznaka lokacije <i>Location code</i>	Detalji o lokaciji (naziv i adresa) <i>Location details (title and adress)</i>
L1	Bulevar Pera Četkovića br 113 , Podgorica

Ovaj obim važi samo uz Sertifikat o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li 13.17 od 17.08.2021.

This Scope of accreditation is valid only with the accreditation certificate No Li 13.17 of 17.08.2021.

Direktor
Milivoje Pavićević