

Na osnovu čl. 3, 5 i 8 Zakona o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 054/09 od 10.08.2009., 043/15 od 31.07.2015.), čl. 5 Odluke o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 21/2007), čl. 14. Statuta Akreditacionog tijela Crne Gore i u skladu sa tačkom 4.12.1 PA.01 Pravila akreditacije direktor ATCG donosi:

## **ODLUKU** **o povlačenju/ ukidanju akreditacije**

### **I**

Povlači/ ukida se akreditacija tijelu za ocjenu usaglašenosti Univerziteta Crne Gore, Pomorski fakultet, Laboratorija za ispitivanje nafte i naftnih derivate, Dobrota br 36, Kotor, akreditacioni broj Li 20.31 za poslove ocjenjivanja usaglašenosti u ~~dijelu ukupnog obima~~ **ukupnom obimu** akreditacije sadržanom u SERTIFIKATU O AKREDITACIJI – identifikacioni broj 0095.

### **II**

Tijelu za ocjenu usaglašenosti Univerziteta Crne Gore, Pomorski fakultet, Laboratorija za ispitivanje nafte i naftnih derivata, iz stava I, prosljediće se Odluka o povlačenju/ ukidanju akreditacije za ukupan obim akreditacije.

### **III**

Povlačenjem/ ukidanjem akreditacije se po članu 19 Ugovora o akreditaciji broj 0095 (ATCG br. 10-636 od 8.11.2019.) isti smatra raskinutim. Nakon povlačenja/ ukidanja akreditacije, tijelo za ocjenu usaglašenosti je u obavezi da ATCG vrati dodjeljeni Sertifikat o akreditaciji i Dodatak Sertifikata o akreditaciji sa pripadajućim obimom akreditacije i preduzme sve mjere da posle povlačenja akreditacije ne koristi znak akreditacije ili da se tekstualno više ne poziva na akreditaciju.



**AKREDITACIONO TIJELO**  
Crne Gore

Džordža Vašingtona 79, 81000 Podgorica | tel. (+382 20) 246 283, 246 279 | fax. (+382 20) 246 283  
e-mail: atcg@t-com.me | www.akreditacija.me

## Obrazloženje:

U Laboratoriji za ispitivanje nafte i naftnih derivata- Pomorskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, došlo je od kvara uređaja za određivanje sadržaja sumpora u nafti i produktima nafte- Epsilon 1- XRF Sulfur Analyzer proizvođača Malvern PANalytical. Tijelo nije u mogućnosti da izvodi jednu od dvije akreditovane ispitne metode, zbog čega je zahtijevalo suspenziju (ATCG br. 14-251/1 od 03.03.2023.).

Budući da se, nakon isteka suspenzije (Odluka o odobrenju dobrovoljne suspenzije ATCG 14-262/1 od 07.03.2023.), nijesu stekli uslovi za prekid iste, ATCG povlači/ ukida akreditaciju u dijelu obima u kojem je izrečena suspenzija/ cjelini.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ove Odluke može se uložiti žalba Komisiji za žalbe Akreditacionog tijela Crne Gore u roku od 15 dana od dana prijema iste.

**DIREKTOR**  
**Anita Krulanović**

